



ООО «СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ»

тел.: +7(812) 9801667

www.sensorsystems.spb.ru

info@sensorsystems.spb.ru

Информацию о государственной поверке можно узнать по адресу: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results> или отсканировать QR код.

## ПАСПОРТ

### 1.1 Назначение

**1.1.1.** Халькогенидный стеклянный серебряселективный электрод типа ХС-Ag-001 предназначен для измерения активности (при обеспечении условия постоянства ионной силы растворов - концентрации) ионов серебра  $Ag^+$  в водных растворах. Высокая химическая устойчивость халькогенидной стеклянной мембраны обеспечивает длительную работоспособность, стабильность характеристик и высокую чувствительность, в том числе в сильно кислых и агрессивных средах.

**1.1.2.** Основные области применения электрода: экологический мониторинг природных, сбросных и сточных вод, контроль технологических процессов, медико-биологические исследования, геология и т.д. Измерения могут проводиться как в лабораторных, так и в полевых условиях.

**1.1.3.** Электрод рассчитан для работы в качестве индикаторного в паре с любым электродом сравнения (например, ЭВЛ-1М3.1, ЭСр-10101, либо с соевым мостиком, см. п.2.2.) в комплекте с цифровым милливольтметром, иономером с входным сопротивлением не менее  $10^8$  Ом.

### 1.2. Принцип работы и применение

Ионоселективный электрод типа ХС.001 является электрохимическим датчиком, потенциал которого зависит от концентрации в растворе ионов определенного сорта. Под селективностью понимается способность электрода реагировать практически только на концентрацию потенциалопределяющих (основных) ионов в сложных по составу растворах в присутствии других (мешающих) ионов.

Электрод можно использовать для прямого потенциометрического анализа, определения методом стандартных добавок и вычитаний, в качестве индикаторного электрода при потенциометрическом титровании.

### 1.3. Основные технические характеристики

**1.3.1.** Диапазон рабочих температур анализируемых растворов от 5 до  $80^{\circ}C$ .

**1.3.2.** Электрическое сопротивление электрода при  $T(20\pm 5)^{\circ}C$  не более 0.05 МОм.

**1.3.3.** Диапазон измеряемых концентраций ионов серебра от  $1\cdot 10^{-7}$  до  $1\cdot 10^{-1}$  моль/л.

**1.3.4.** Потенциал электрода (E) зависит от активности (концентрации) ионов серебра и описывается уравнением:

$$E = E^{\circ} + S \lg a_{Ag^+} \quad (1),$$

где  $E^{\circ}$  - стандартный потенциал электрода, мВ, S - крутизна электродной характеристики, мВ/pAg,  $a_{Ag^+}$  - активность ионов серебра в растворе. Типичная электродная характеристика в координатах потенциал электрода - логарифм активности (концентрации) иона представляет собой прямую линию с возможными отклонениями от линейности в области низких концентраций.

**1.3.5.** Крутизна линейного участка электродной характеристики в калибровочных растворах в диапазоне ( $1\cdot 10^{-5}$  -  $1\cdot 10^{-2}$ ) моль/л, приготовленных согласно Инструкции, при температуре ( $25\pm 0.5$ ) $^{\circ}C$  составляет ( $58\pm 5$ ) мВ/pAg.

**1.3.6.** Рабочая область pH от 0 до 9 ед. pH. Рекомендуемая область pH для определения ионов серебра - от 2 до 7 ед. pH. Длительная работа за пределами рекомендуемой области pH снижает гарантированный срок эксплуатации электрода.

**1.3.7.** Вероятность безотказной работы электрода за 1000 ч. при доверительной вероятности 0.9 не менее 0.94.

**1.3.8.** Потенциал серебряселективных электродов не должен отличаться от значения 600 мВ более чем на  $\pm 450$  мВ в растворе нитрата серебра с концентрацией  $1\cdot 10^{-3}$  моль/дм<sup>3</sup>

Электрод серебряселективный ХС-Ag-001 номер соответствует требованиям технических условий ТУ ХС.001, перечисленных в п. 1.3 Паспорта, и электрод признан годным к эксплуатации.

Сертификат Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии РФ N 43622 от 24.08.2011 г. зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под N 47574-11.

### 1.4. Комплект поставки

В комплект поставки входят: электрод ХС-Ag-001 - 1 шт.  
паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 2.1 Подготовка электрода к работе

Для получения точных и воспроизводимых значений показаний электрода необходимо выполнять следующие требования:

**2.1.1.** После длительного хранения или если поверхность чувствительного элемента (мембраны) электрода покрыта радужной пленкой, следует аккуратно, вращательными движениями, протереть ее мягкой тканью типа фетра до получения чистой зеркальной поверхности, а затем обезжирить ее ватой со спиртом. Обезжиривание также рекомендуется после касания мембраны рукой, других возможных загрязнений и после длительных перерывов в работе.

**2.1.2.** После выполнения рекомендаций пункта 2.1.1. следует выдержать электрод в кондиционирующем растворе нитрата серебра с концентрацией  $10^{-3}$  моль/л примерно 5-10 мин., а затем тщательно отмыть дистиллированной водой до возможно более низкого значения электродного потенциала. В любом случае, после отмывки в дистиллированной воде значение потенциала в ней должно быть, по крайней мере, на 200 мВ ниже, чем в кондиционирующем растворе.

**2.1.3.** Если электрод используется в работе достаточно часто, то можно начинать подготовку к работе непосредственно с тщательной отмывки дистиллированной водой без выдерживания в кондиционирующем растворе.

**Категорически запрещается механическое воздействие на мембрану электрода (шлифование, удары, царапание и т.д.)!**

### 2.2. Построение калибровочного графика

Для построения калибровочного графика используются стандартные растворы нитрата серебра с концентрацией ( $10^{-7}$  -  $10^{-1}$ ) моль/л (концентрация может быть выражена в мг/кг, мг/л, мкг/л и других удобных единицах). Исходный 0.1 моль/л раствор готовят весовым методом. Остальные растворы готовят последовательным десятикратным разбавлением 0.3 моль/л раствором нитрата калия или дистиллированной водой. В последнем случае необходимо учитывать изменение коэффициента активности.

Концентрация раствора AgNO <sub>3</sub> , моль/л	10 <sup>-1</sup>	10 <sup>-2</sup>	10 <sup>-3</sup>	10 <sup>-4</sup>	10 <sup>-5</sup>	10 <sup>-6</sup>	10 <sup>-7</sup>
Логарифм активности, lg a <sub>Ag<sup>+</sup></sub>	-1.093	-2.034	-3.011	-4.004	-5.001	-6.001	-7.000

Ионоселективный электрод подключают к высокоомному (индикаторному) входу иономеров или цифрового вольтметра, а электрод сравнения - ко входу "вспомогательный". Электрод сравнения необходимо использовать с электролитическим ключом с малым истечением, заполненным 0.3 моль/л раствором нитрата калия (возможно применение более концентрированного, вплоть до насыщенного, раствора нитрата калия).

Ионоселективный электрод отмывают дистиллированной водой согласно п.2.1 данной Инструкции, а затем проводят калибровочное измерение в приготовленных стандартных растворах, последовательно меняя концентрацию раствора от меньшей к большей.

Измерения потенциала при калибровке и последующем определении концентрации серебра в анализируемом растворе целесообразно проводить в стандартизованных условиях:

- при постоянном перемешивании с фиксированной скоростью,
- при постоянном времени измерения, например - 2 мин.

По окончании измерений электрод промывают дистиллированной водой до потенциала, ниже соответствующего потенциала в самом разбавленном растворе на 5 - 10 мВ.

По полученным данным строят график зависимости потенциала электрода от отрицательного логарифма концентрации ионов серебра в растворе.

### 2.3. Проведение измерений

Проводят измерение потенциала электрода в анализируемом растворе по указанной выше процедуре (рекомендуемый объем пробы 50 - 100 мл). Сравнивая полученное значение потенциала с калибровочным графиком определяют концентрацию ионов серебра в анализируемой пробе.

По окончании работы электрод необходимо тщательно отмыть дистиллированной водой, обсушить фильтровальной бумагой и хранить в сухом виде.

Не рекомендуется использовать ионоселективный электрод, применяемый для работы в области низких концентраций, для анализа концентрированных или агрессивных растворов.

### 2.4. Периодический контроль работы электрода

Для повышения точности измерений следует проверять и при необходимости корректировать калибровочный график. Так, если ионоселективный электрод используется для измерений достаточно редко - один раз в неделю и реже, то рекомендуется проводить его калибровку каждый раз перед новым измерением. Если измерения проводятся часто, то достаточно проверить показания электрода в стандартных растворах с концентрацией  $10^{-5}$  и  $10^{-4}$  моль/л ионов серебра. В том случае, если величина потенциала в данных растворах воспроизводится с точностью  $\pm 3$  мВ и наклон графика сохраняется, то новую калибровку можно не проводить, а приступать прямо к измерениям в анализируемом растворе, пользуясь при этом прежней калибровкой.

### 2.4. Влияние посторонних ионов

Коэффициенты селективности для щелочных, щелочно-земельных катионов и ионов Zn, Ni, Co, Mn, La, Al равны  $10^{-4}$  -  $10^{-6}$  и эти ионы практически не мешают определению Ag. Коэффициент селективности для ионов Hg составляет  $10^{-2}$  (при pH < 2), т.е. 100-кратный избыток ионов Hg не мешает измерениям с сереброселективным электродом.

### 3.1 Гарантийные обязательства

**3.1.1.** Гарантийный срок хранения электрода - 12 мес.

**3.1.2.** Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода электрода в эксплуатацию.

**3.1.3.** Изготовитель гарантирует соответствие электрода требованиям настоящего паспорта при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения электрода.

### 3.2 Сведения о рекламациях

При отказе в работе или неисправности электрода в течение срока гарантии потребителем должен быть составлен акт о необходимости замены электрода с подробным описанием условий эксплуатации и характера неисправности. Акт, неисправный электрод и его Паспорт должны быть направлены по адресу фирмы-изготовителя.